

Der Stabilitätsgrad, der sich dann beobachten lässt, wenn eine Messung unter identischen Bedingungen von demselben Bewerter wiederholt wird.

**Hinweis:** Anhand der Intrarater-Reliabilität wird es möglich, den Grad zu ermitteln, in dem sich die anhand eines Messverfahrens erhaltenen Ergebnisse wiederholen lassen. Mängel hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Intrarater-Reliabilität können sich im Falle von Abweichungen zwischen den Messinstrumenten oder einer Instabilität des gemessenen Attributs ergeben.

Verwandtes Konzept: [Interrater-Reliabilität](#)